



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



Ata da reunião de Abertura do Pregão Presencial nº 039-2018. Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e dezoito às 08:00 horas, nas dependências da Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, reuniu-se o Pregoeiro Marcio Antonio da Silva e Equipe de Apoio nomeada pela Portaria nº 3443/2018, composta pelos servidores Bianca Caroline Zulin da Silva e Rosangela Leidntez e o Coordenador do Laboratório Municipal Dr. Cassio Genaro, para procederem abertura e julgamento do Pregão Presencial nº 039-2018, que objetiva: PREGÃO PRESENCIAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO LABORATORIO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR 14003.786000/1170-01, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICIPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO GROSSO. O critério de julgamento será analisado pelo menor preço "por item". Dando início aos trabalhos foram credenciadas as empresas: **MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA**, inscrita no CNPJ. 04.724.729/0001-61, representada por Henrique Vieira Bernacz, portador da CNH. 04997248336; **FERRARI E CELL LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ. 11.350.664/0001-05, representada por Cleiton Henrique de Souza Neves, portador da RG 2808908-1 SSP/MT; **M.S. DIAGNOSTICA LTDA**, inscrita no CNPJ. 00.970.175/0003-93, representada por Antonio Carlos Bueno Filho, portador da RG 000613549 SSP/MS; **CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA**, inscrita no CNPJ. 46.962.122/0003-21, representada por Andre Luiz Gomes Coutinho, portador da RG 000292496 SSP/MS; Após a fase de credenciamento passou-se a abertura dos envelopes de propostas das empresas: **MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA** apresentou proposta nos itens 01, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14 no valor total de R\$ 194.058,40 (cento e noventa e quatro mil, cinquenta e oito reais e quarenta centavos); **FERRARI E CELL LTDA – EPP** apresentou proposta no item 05 no valor total de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); **M.S. DIAGNOSTICA LTDA** apresentou proposta nos itens 01, 03 e 08 no valor total de R\$ 135.500,00 (cento e trinta e cinco mil e quinhentos reais); **CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA** apresentou proposta no item 01 no valor total de R\$ 84.500,00 (oitenta e quatro mil e quinhentos reais); Passou-se a fase de negociação, **sendo vencedoras, conforme tabela abaixo:**

Item	Codigo	COD TCE	Unidade	Qtde.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Empresa Vencedora
1	464039	276576-4	Unidade	001	ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA CARACTERÍSTICA FÍSICA ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ANÁLISE DE 26 PARÂMETROS; CONTAGEM TOTAL DE LEUCÓCITOS, CONTAGEM TOTAL DE ERITRÓCITOS, LEITURA ESPECTROFOTOMÉTRICA DE HEMOGLOBINA (CIANOMETAHEMOGLOBINA), DETERMINAÇÃO HEMATÓCRITO, DETERMINAÇÃO DE VOLUME CORPUSCULAR MÉDIO, DETERMINAÇÃO DA HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MÉDIA, DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DA HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MÉDIA, DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE ANISOCITOSE, CONTAGEM TOTAL DE PLAQUETAS, DETERMINAÇÃO DO VOLUME PLAQUETÁRIO MÉDIO, DETERMINAÇÃO DE PLAQUETÓCRITO, DETERMINAÇÃO DA AMPLITUDE DA DISTRIBUIÇÃO DE PLAQUETAS, CONTAGEM DE LINFÓCITOS (VALOR ABSOLUTO), CONTAGEM DE LINFÓCITOS	R\$ 82.800,00	R\$ 82.800,00	M.S. DIAGNOSTICA LTDA



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



					(VALOR RELATIVO), CONTAGEM DE MONÓCITOS (VALOR RELATIVO), CONTAGEM DE MONÓCITOS (VALOR ABSOLUTO), CONTAGEM DE NEUTRÓFILOS (VALOR ABSOLUTO); CONTAGEM DE NEUTRÓFILOS (VALOR RELATIVO), CONTAGEM DE EOSINÓFILOS (VALOR ABSOLUTO), CONTAGEM DE EOSINÓFILOS (VALOR RELATIVO), CONTAGEM DE BASÓFILOS (VALOR ABSOLUTO), CONTAGEM DE BASÓFILOS (VALOR RELATIVO), CONTAGEM DE LINFÓCITOS ATÍPICOS (VALOR ABSOLUTO), CONTAGEM DE LINFÓCITOS ATÍPICOS (VALOR RELATIVO), CONTAGEM DE GRANDES CÉLULAS IMATURAS (VALOR ABSOLUTO); CONTAGEM DE GRANDES CÉLULAS IMATURAS (VALOR RELATIVO). SISTEMA: COMBINANDO, CITOQUÍMICA, IMPEDÂNCIA E CITOMETRIA DE FLUXO COMO PRINCÍPIOS DE MEDIDA. DISTRIBUIÇÃO DAS AMOSTRAS PELA TECNOLOGIA MDSS. DOSAGEM DE HEMOGLOBINA: MÉTODO FOTOMÉTRICO. CAPACIDADE MÍNIMA 60 AMOSTRAS/HORA. ANÁLISE DE AMOSTRAS EM TUBOS ABERTOS COM ASPIRAÇÃO DE 30µL EM MODO CBC OU 53µL EM MODO 5 DIFF. LIMPEZA AUTOMÁTICA DA AGULHA DE ASPIRAÇÃO. SELEÇÃO DE HISTOGRAMAS PARA 12 OU 26 PARÂMETROS. PROCEDIMENTO DE LIMPEZA E CALIBRAÇÃO TOTALMENTE AUTOMÁTICAS. IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS: ALFANUMÉRICA, NUMÉRICA OU SEQUENCIAL. LIMITES DE PACIENTES PROGRAMÁVEIS. ALARMES PATOLÓGICOS SÉRIE VERMELHA, SÉRIE BRANCA E PLAQUETAS. ALARMES PARA FALHAS DE CONTAGEM. ACOMPANHA IMPRESSORA. INTERFACE RS 232 INCLUINDO GRÁFICOS E MATRIZ. LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. (APRESENTAR CATALOGO/FOLDER DO EQUIPAMENTO)			
2	464042	231846-6	Unidade	001	AGLUTINOSCOPIO CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO PVC E ACRÍLICO POSSUI DUAS LÂMPADAS DE FILAMENTO DE 25W COM INTENSIDADE REGULÁVEL ATRAVÉS DE POTENCIÔMETRO.			FRACASSADO
3	464043	276584-5	Unidade	001	ANALISADOR DE ÍONS / ELETROLITOS - ANALISADOR DE ÍONS COM MÍNIMO DE 03 PARÂMETROS NA ⁺ , K ⁺ , CL ⁻ , CA ²⁺ OU PH, COM LEITURA DE SANGUE TOTAL, SORO, PLASMA, OU URINA E COM VOLUME DE AMOSTRA DE NO MÍNIMO 80 UL. REALIZAR NO MÍNIMO 80 ANÁLISES POR HORA. COM CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, DISPLAY ALFANUMÉRICO, IMPRESSORA TÉRMICA E PORTA SERIAL RS232C. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. (APRESENTAR CATALOGO/FOLDER DO EQUIPAMENTO)	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



4	464041	235705-4	Unidade	002	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATE 75 LITROS CAMARA DE ESTERELIZACAO ACO INOXIDAVEL MODO DE OPERACAO/CAPACIDADE - DIGITAL ATE 25 LITROS (APRESENTAR CATALOGO/FOLDER DO EQUIPAMENTO)	R\$ 3.720,00	R\$ 7.440,00	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA
5	464035	184770-8	Unidade	002	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO PRESSAO COLUNA SIMPLES Dimensões: ALTURA: 112CM LARGURA: 32CM PROFUNDIDADE: 32CM PESO: 14,46KG	R\$ 595,00	R\$ 1.190,00	FERRARI E CELL LTDA - EPP
6	464047	265134-3	Unidade	001	CAPELA DE FLUXO LAMINAR - EQUIPAMENTO DE FLUXO UNIDIRECIONAL VERTICAL, PARA A MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS NÃO CONTAMINADOS. CONSTRUÍDA EXTERNAMENTE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM REVESTIMENTO EM EPÓXI ELETROSTÁTICO, CÂMARA INTERNA DE TRABALHO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E PLATAFORMA DE TRABALHO REMOVÍVEL PARA LIMPEZA E SANITIZAÇÃO. PORTA FRONTAL EM VIDRO TEMPERADO COM DESLOCAMENTO VERTICAL TIPO GUILHOTINA E SISTEMA DE CONTRAPESOS QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER PONTO DE SEU CURSO. SISTEMA DE VENTILAÇÃO TIPO SIROCO, COM REGULAGEM ELETRÔNICA INTERNA DA VELOCIDADE, PARA COMPENSAR EVENTUAL PERDA DE PRESSÃO COM O DECORRER DO TEMPO DE USO. FILTRO ABSOLUTO DO TIPO HEPA, PLISSADO E EMOLDURADO EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE A-3, COM EFICIÊNCIA DE 99,99% NA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,3 MICRAS, PRÉ-FILTRO PLISSADO SINTÉTICO, MOLDURA PAPELÃO. FILTRO HEPA: FEA 919 PLISSADO, MOLDURA GALVANIZADA. DISPLAY DIGITAL, INDICADOR DA PRESSÃO DIFERENCIAL DO FILTRO ABSOLUTO HEPA, HORÍMETRO QUE INDICA MINUTOS E HORAS CORRIDO DE FUNCIONAMENTO DA CABINE E OUTROS PARÂMETROS. OLIVA PARA GÁS, ÁGUA OU VÁCUO E TOMADA ELÉTRICA JÁ INSTALADOS NA CÂMARA DE TRABALHO. ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO COM LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 WATTS E LÂMPADA GERMICIDA DE 20 WATTS. DIMENSÃO INTERNA DE APROXIMADAMENTE 51 X 71 X 60. (APRESENTAR CATALOGO/FOLDER DO EQUIPAMENTO)	R\$ 19.981,50	R\$ 19.981,50	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA
7	464034	117406-1	Unidade	001	CARRO MACA SIMPLES GRADES LATERAIS ACESSORIOS COLCHONETE ACO INOXIDAVEL SUPORTE PARA SORO			FRACASSADO
8	464038	7837	Unidade	004	CENTRIFUGA LABORATORIAL PARA TUBAS - MIN 04 AMOSTRAS DIGITAL (APRESENTAR CATALOGO/FOLDER DO EQUIPAMENTO)	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	M.S. DIAGNOSTICA LTDA



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



9	464036	410531-1	Unidade	003	CRONÔMETRO PROGRESSIVO E REGRESSIVO DIGITAL	R\$ 189,00	R\$ 567,00	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA
10	464046	328140-0	Unidade	001	ESTUFA DE CULTURA DE 20 ATE 50 LT AÇO INOXIDAVEL TEMPERATURA ATE 70°C PORTA INTERNA VIDRO TEMPERADO (APRESENTAR CATALOGO/FOLDER DO EQUIPAMENTO)	R\$ 2.790,00	R\$ 2.790,00	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA
11	464037	283923-7	Unidade	001	ESTUFA DE SECAGEM CAPACIDADE 81 ATE 100 LT ACO INOXIDAVEL TEMPERATURA ATE 250°C PORTA PAINEL MANUAL COM CHAVE GERAL (LIGA/DESLIGA) PERMITINDO A OPERAÇÃO DA ESTUFA COM SEGURANÇA: - CHAVE REVERSORA PARA ESCOLHER A TENSÃO (110/220V); (APRESENTAR CATALOGO/FOLDER DO EQUIPAMENTO)	R\$ 3.485,00	R\$ 3.485,00	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA
12	464044	82669-3	Unidade	002	MICROPIPETA MULTICANAL - VISOR DIGITAL - EJETOR AUTOMATICO CAPACIDADE VL VARIÁVEL 12 CANAIS	R\$ 2.451,00	R\$ 4.902,00	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA
13	464040	69524-6	Unidade	004	MICROPIPETA VISOR DIGITAL - EJETOR AUTOMATICO - CAPACIDADE VOLUME FISICO	R\$ 295,00	R\$ 1.180,00	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA
14	464045	195777-5	Unidade	002	MICROSCOPIO LABORATORIAL - MICROSCÓPIO LABORATORIAL BIOLÓGICO BINOCULAR DE CONTRASTE DE FASE. PODE SER UTILIZADO EM PATOLOGIA CLÍNICA OU PARA TRABALHOS DE PESQUISA. TUBO DE OBSERVAÇÃO COM NO MÍNIMO 160 MM DE COMPRIMENTO COM CABEÇOTE BINOCULAR DO TIPO SIENDETOPF INCLINADO A 30° COM AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR E AJUSTE DE DIOPTRIA PARA AS DUAS OCULARES; REVÓLVER PORTA OBJETIVA PARA QUATRO OBJETIVAS; OBJETIVAS PLANA CROMÁTICAS DE CONTRASTE DE FASE 10X PH, 40X PH RETRÁTIL E 100X PH E IMERSÃO, TODAS TIPO O.G; 01 PAR DE OCULARES DE 10X PLANA DE CAMPO AMPLO COM 18 MM DE DIÂMETRO, PERMITINDO AUMENTOS CONFIGURÁVEIS ENTRE 100X E 1000X (DESEJÁVEL POSSUIR CONFIGURAÇÃO OPCIONAL ATE 1600X COM OCULARES DE 16X); PLATINA MECÂNICA COM SUPERFÍCIE DE 140 X 140 MM, ÁREA DE TRABALHO COM 50 X 76 MM, DIVISÃO DE 0,1 MM, CHARRIOT COM CONTROLE PARA MOVIMENTOS X E Y E FIXAÇÃO DA LÂMINA; AJUSTE COAXIAL DE FOCALIZAÇÃO MICROMÉTRICA E	R\$ 8.960,00	R\$ 17.920,00	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



					MACROMÉTRICA, COM KNOB INDEPENDENTE, COM CONTROLE DE PRESSÃO (TORQUE) EXERCIDA NO AJUSTE GROSSO E TRAVA DE SEGURANÇA PARA LIMITAR A ALTURA E ASSIM EVITAR DANO DA LÂMINA E OBJETIVA, A DISTÂNCIA DE AJUSTE VERTICAL DO FOCO DEVE TER NO MÍNIMO 22 MM, COM DIVISÃO MÍNIMA DO AJUSTE FINO DE 0,002 MM; ACOMPANHA UM FILTRO VERDE DE INTERFERÊNCIA; ACOMPANHA OCULAR CENTRALIZADORA; ACOMPANHA TORRETA DE CONTRASTE DE FASE; ILUMINADOR KOEHLER ELÉTRICO COM COLETOR ESFÉRICO, LÂMPADA DE HALOGÊNIO DE 6V/20W, COM AJUSTE DE INTENSIDADE DE LUZ; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG COM TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM TERRA; ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES E CAPA PARA COBRIR O MICROSCÓPIO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. (APRESENTAR CATALOGO/FOLDER DO EQUIPAMENTO)			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Após a fase de lances passou-se a abertura do envelope de habilitação e ao final verificou-se que os documentos estavam de acordo com o exigido no edital. O item 01 proposto pela empresa **MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA** foi desclassificado por não atender o descritivo do item. O pregoeiro abriu espaço para manifestação de recursos, e o representante da empresa **CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA** manifestou referente ao item 01 ofertado pela concorrente empresa **M.S. DIAGNOSTICA LTDA**, pois segundo seu representante o ofertado não atende plenamente o descritivo do edital. O representante da **M.S. DIAGNOSTICA LTDA** solicitou para simples registro que o item 01 foi avaliado e aprovado por parecer técnico do responsável do laboratório municipal. Conforme o item 15.1 e 15.5 do edital as empresas interessadas saem notificadas a apresentar a devidas peças recursais. Após análise e parecer encaminha a presente licitação ao Sr. Prefeito Municipal, para julgamento e homologação.


Marcio Antonio da Silva
Pregoeiro


Bianca Caroline Zulin
Equipe de Apoio


Rosângela Leidnhez
Equipe de Apoio


MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



FERRARI E CELL LTDA – EPP

M.S. DIAGNOSTICA LTDA

CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA