



**MUNICÍPIO DE JUÍNA**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

PMJ-MT

FLS. \_\_\_\_\_

RUBRICA

**1º ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO  
PRESENCIAL Nº 081/2020**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 307/2020**

**MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - SRP**

**OBJETO: FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAS ODONTOLOGICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.**

Em função do interesse público, emite-se o presente adendo:

Onde se lê:

125	10533	kit	002	KIT-ACADÊMICO ODONTOLÓGICO PEÇAS DE MÃO DE MODELO SL-30 EM CORPO DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO. MICROMOTOR INTRA SL-30 C/ SPRAY: ROTAÇÃO QUE VARIA DE 5.000 RPM A 20.000 RPM, POSSUI REGULAGEM DE ROTAÇÃO/INVERSÃO NO CORPO DO MICROMOTOR. PRESSÃO DE AR DE TRABALHO DE MÁXIMA 275,79 KPA = 40 PSI = 2,75 BAR, CONSUMO DE AR: 54 L/MIN. PEÇA RETA INTRA SL-30: ACOPLAGEM POR MEIO DE SISTEMA INTRA GIRATÓRIO, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 20.000 RPM. SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS BROCAS POR MEIO DE ANEL DE REGULAGEM NO CORPO DA PEÇA RETA, UTILIZA BROCAS FG STANDARD HASTE TIPO 2. GIRO DE ANEL COM EXTREMA SIMPLICIDADE E RAPIDEZ. ALTA ROTAÇÃO SL-30 PB CONEXÃO BORDEN, SPRAY TRIPLO, DISTRIBUÍDO SIMETRICAMENTE EM DIREÇÃO À PONTA DA BROCA. ROTAÇÃO 420.000 RPM. PRESSÃO DE AR DE TRABALHO ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI) PESO: 30,0 GRAMAS. FIXAÇÃO DAS BROCAS: SISTEMA PUSH BUTTON. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE UM BOTÃO LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA DA PEÇA DE MÃO (PUSH BUTTON). PERMITE A TROCA RÁPIDA DAS BROCAS. DISPENSA A UTILIZAÇÃO DO SACA-BROCAS.	R\$ 2.650,00	R\$ 5.300,00
-----	-------	-----	-----	--	--------------	--------------



# MUNICÍPIO DE JUÍNA

## PODER EXECUTIVO

### ESTADO DE MATO GROSSO

PMJ-MT

FLS. \_\_\_\_\_

RUBRICA

				RESISTENTE A UMA TRAÇÃO QUE ASSEGURA O TRAVAMENTO DA BROCA. ALTO TORQUE. EXCLUSIVO TRATAMENTO ELETROQUÍMICO. CONTRA-ÂNGULO FG: FÁCIL ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO; TRAVAMENTO COM ANEL EM AÇO INOX. SPRAY EXTERNO REFRIGERA A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO, EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO. ROTAÇÃO MÁXIMA DE 20.000 RPM TRANSMISSÃO 1:1. PESO LÍQUIDO INFERIOR A 50,0 GRAMAS LÂMINA - TRAVA PARA FIXAÇÃO DAS BROCAS. BROCAS FIXADAS POR MEIO DA LÂMINA-TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA-ÂNGULO. RESISTENTE A UMA TRAÇÃO SUPERIOR A 45 N. UTILIZA BROCAS STANDARD, HASTE TIPO 1. OPÇÕES DE MARCA: GNATUS, DABI ATLANTE E KAVO			
--	--	--	--	--	--	--	--

**Leia-se:**

125	10533	kit	002	KIT-ACADÊMICO ODONTOLÓGICO COM BAIXO NIVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO; MELHOR SISTEMAN DE SPRY PARA REFRIGEAÇÃO DE BROCA, SPRAY TRIPLO; ROLAMENTO DE CERÂMICA; ACOPLAMENTO BORDEN; SISTEMA PRESS-BUTTON; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO; ROTAÇÃO MÁXIMA: 380.000 rpm; TORQUE:0,13 Ncm;  CONTA-ÂNGULO → POSSUI GIRO LIVRE DE 360°; ACOPLAMENTO INTRAMATIC; SPRAY EXTERNO; ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL; MINIMO DE 5.000 rpm E MAXIMO DE 20.000 rpm; UTILIZA BROCAS PM DE 2,35mm E BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO DE 1,6 mm ( COM UTILIZAÇÃO DO MANDRL ADAPTADOR)  MICROMOTOR BAIXA ROTAÇÃO→ ACOPLAMENTO BORDEN INTRAMATIC; SPRAY INTERNO; ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 rpm; ENCAIXE INTRAMATIC UNIVESAL: FACIL MANUSEIO, PERMITINDO UM GIRO LIVRE DE 360°;	R\$ 2.650,00	R\$ 5.300,00	
-----	-------	-----	-----	--	--------------	--------------	--



**MUNICÍPIO DE JUÍNA**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

PMJ-MT

FLS. \_\_\_\_\_

RUBRICA

				ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE DE ATE 135°;  PEÇA RETA → MICROMOTOR ENCAIXE BORDEN 2 FUROS; SPRAY PARA REFRIGERAÇÃO POR CONDUÇÃO INTERNA; SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSALINTRA; ESTERELIZAVEL EM AUTOCLAVE ATE 135°C; ACOPLAMENTO BORDEN; MINIMO DE 5.000 rpm-MAXIMO DE 20.000 rpm; UTILIZA BROÇAS PM DE 2,5mm – TROCA NO ANEL; LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS UNISPRAY; ATOXICO; NÃO CONTEM CLORO FLÚOR CARBONO; FACIL APLICAÇÃO; A LUBRIFICAÇÃO DE SEUS INSTRUMENTOS DEVE SER REALIZADA ANTES DE CADA CICLO DE UM NOVO TRABALHO;  OPÇÕES DE MARCA: GNATUS, DABI ATLANTE E KAVO			
--	--	--	--	---	--	--	--

Como tal adendo não altera a formulação de propostas mantem-se inalteradas as cláusulas editalícias e prazos.

**Juína - MT, 31 de Agosto de 2020.**

**MARCIO ANTONIO DA SILVA**  
**Departamento de Licitação**